

Πιστοποιητικό Ανάλυσης Αριθμός: 1926223

Στοιχεία πελάτη

Δ.Ε.Υ.Α. ΠΑΡΟΥ

ΠΑΡΟΙΚΙΑ

84400 ΠΑΡΟΣ

Υπ' όψιν Κας ΜΑΥΡΗ ΜΑΡΙΑΣ

Ημερομηνία έκδοσης: 7/10/2019

Στοιχεία δείγματος

Είδος δείγματος: Νερό θαλάσσιο

Χαρακτηρισμός: 11 - 18/09/2019 - Θαλασσινό νερό βάθος - ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΕΕΛ Νάουσας

Ημερομηνία παραλαβής: 19/9/2019 11:50:00 πμ

Συσκευασία: 1 υάλινη φιάλη 50 ml

Σφραγίδα: Καμία

Θερμοκρασία: 7,8°C

Κατάσταση δείγματος: Κανονική

Στοιχεία δειγματοληψίας

Υπεύθυνος δειγματοληψίας: Δ.Ε.Υ.Α. ΠΑΡΟΥ (Μαύρη Μαρία)

Χρόνος: ---

Τόπος: ---

Σημείο: ---

Μέθοδος: ---

Πιστοποιητικό Ανάλυσης Αριθμός: 1926223

Αποτελέσματα ανάλυσης

Ημερομηνία ανάλυσης: 3/10/2019 - 4/10/2019

Τα ακόλουθα αποτελέσματα ισχύουν για το δείγμα που ελήφθη.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ	ΜΕΘΟΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΕΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	ΟΡΙΑ
Volatile Organic Compounds (VOC's)	* EPA 8260 B	μg / l	.	-
Dichloromethane	* >>	>>	Μη ανιχνεύσιμο	LOD=0.1
Trichloromethane	* >>	>>	Μη ανιχνεύσιμο	LOD=0.1
Tetrachloromethane	* >>	>>	Μη ανιχνεύσιμο	LOD=0.1
Trichloroethene	* >>	>>	Μη ανιχνεύσιμο	LOD=0.1
Bromodichloromethane	* >>	>>	Μη ανιχνεύσιμο	LOD=0.1
Chlorodibromomethane	* >>	>>	Μη ανιχνεύσιμο	LOD=0.1
1,2 Dichloroethane	* >>	>>	Μη ανιχνεύσιμο	LOD=0.1
Vinyl chloride	* >>	>>	Μη ανιχνεύσιμο	LOD=0.1
1,2 Dibromo-3-chloropropane	* >>	>>	Μη ανιχνεύσιμο	LOD=0.1
1,2 Dichlorobenzene	* >>	>>	Μη ανιχνεύσιμο	LOD=0.1
1,3 Dichlorobenzene	* >>	>>	Μη ανιχνεύσιμο	LOD=0.1
1,4 Dichlorobenzene	* >>	>>	Μη ανιχνεύσιμο	LOD=0.1
1,1 Dichloroethane	* >>	>>	Μη ανιχνεύσιμο	LOD=0.1
1,1 Dichloroethene	* >>	>>	Μη ανιχνεύσιμο	LOD=0.1
1,1 Dichloropropene	* >>	>>	Μη ανιχνεύσιμο	LOD=0.1
1,1,1 Trichloroethane	* >>	>>	Μη ανιχνεύσιμο	LOD=0.1
1,1,1,2 Tetrachloroethane	* >>	>>	Μη ανιχνεύσιμο	LOD=0.1
1,1,2 Trichloroethane	* >>	>>	Μη ανιχνεύσιμο	LOD=0.1
1,1,2,2 Tetrachloroethane	* >>	>>	Μη ανιχνεύσιμο	LOD=0.1
1,2 Dichloropropane	* >>	>>	Μη ανιχνεύσιμο	LOD=0.1
1,2,3 Trichloropropane	* >>	>>	Μη ανιχνεύσιμο	LOD=0.1
1,3 Dichloropropane	* >>	>>	Μη ανιχνεύσιμο	LOD=0.1
2- Chlorotoluene	* >>	>>	Μη ανιχνεύσιμο	LOD=0.1
2,2 Dichloropropane	* >>	>>	Μη ανιχνεύσιμο	LOD=0.1
4- Chlorotoluene	* >>	>>	Μη ανιχνεύσιμο	LOD=0.1
cis-1,2 Dichloroethene	* >>	>>	Μη ανιχνεύσιμο	LOD=0.1
cis-1,3 Dichloropropene	* >>	>>	Μη ανιχνεύσιμο	LOD=0.1
trans-1,2 Dichloroethene	* >>	>>	Μη ανιχνεύσιμο	LOD=0.1
trans-1,3 Dichloropropene	* >>	>>	Μη ανιχνεύσιμο	LOD=0.1
Bromochloromethane	* >>	>>	Μη ανιχνεύσιμο	LOD=0.1
Tetrachloroethene	* >>	>>	Μη ανιχνεύσιμο	LOD=0.1
Chlorobenzene	* >>	>>	Μη ανιχνεύσιμο	LOD=0.1

Τα ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν μόνο το δείγμα που εξετάσαμε.

Απαγορεύεται η μερική αναπαραγωγή του παρόντος χωρίς τη γραπτή άδεια της Α. ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ Ε.Ε.

(*)Προσδιορισμοί εκτός πεδίου εφαρμογής διαπίστευσης.

Πιστοποιητικό Ανάλυσης Αριθμός: 1926223

Αποτελέσματα ανάλυσης

Ημερομηνία ανάλυσης: 3/10/2019 - 4/10/2019

Τα ακόλουθα αποτελέσματα ισχύουν για το δείγμα που ελήφθη.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ	ΜΕΘΟΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΕΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	ΟΡΙΑ
Chloromethane	* >>	>>	Μη ανιχνεύσιμο	LOD=0.1 -
Trichlorofluoromethane	* >>	>>	Μη ανιχνεύσιμο	LOD=0.1 -
Dichlorodifluoromethane	* >>	>>	Μη ανιχνεύσιμο	LOD=0.1 -
Chloroethane	* >>	>>	Μη ανιχνεύσιμο	LOD=0.1 -
Hexachlorobutadiene	* >>	>>	Μη ανιχνεύσιμο	LOD=0.1 -
1,2,3 Trichlorobenzene	* >>	>>	Μη ανιχνεύσιμο	LOD=0.1 -
1,2,4 Trichlorobenzene	* >>	>>	Μη ανιχνεύσιμο	LOD=0.1 -

LOD: Limit of detection (Όριο ανίχνευσης).

Για την
Α. ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ Ε.Ε.

ΓΚΑΓΚΟΜΟΙΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Τεχνικός Διευθυντής