

Πιστοποιητικό Ανάλυσης Αριθμός: 2116976

Στοιχεία πελάτη

Δ.Ε.Υ.Α. ΠΑΡΟΥ
ΠΑΡΟΙΚΙΑ
84400 ΠΑΡΟΣ

Υπ' όψιν Κας ΜΑΥΡΗ

Ημερομηνία έκδοσης: 2/7/2021

Στοιχεία δείγματος

Είδος δείγματος: Νερό θαλάσσιο
Χαρακτηρισμός: 11 - 17/06/2021 - Θαλασσινό νερό βάθος - ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΕΕΛ Νάουσας
Ημερομηνία παραλαβής: 18/6/2021 2:30:00 μμ
Συσκευασία: 1 υάλινη φιάλη 50 ml
Σφραγίδα: Καμία
Θερμοκρασία: 8,0°C
Κατάσταση δείγματος: Κανονική

Στοιχεία δειγματοληψίας

Υπεύθυνος δειγματοληψίας: ΔΕΥΑ ΠΑΡΟΥ (Μαύρη Μαρία) και κατά δήλωση της:
Χρόνος: ---
Τόπος: ---
Σημείο: ---
Μέθοδος: ---

Πιστοποιητικό Ανάλυσης Αριθμός: 2116976

Αποτελέσματα ανάλυσης

Ημερομηνία ανάλυσης: 29/6/2021 - 1/7/2021

Τα ακόλουθα αποτελέσματα ισχύουν για το δείγμα που ελήφθη.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ	ΜΕΘΟΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΕΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	ΟΡΙΑ
Volatile Organic Compounds (VOC's)	* EPA 8260 B	µg / l	.	-
Dichloromethane	* >>	>>	Μη ανιχνεύσιμο	LOD=0,1 -
Trichloromethane	* >>	>>	Μη ανιχνεύσιμο	LOD=0,1 -
Tetrachloromethane	* >>	>>	Μη ανιχνεύσιμο	LOD=0,1 -
Trichloroethene	* >>	>>	Μη ανιχνεύσιμο	LOD=0,1 -
Bromodichloromethane	* >>	>>	Μη ανιχνεύσιμο	LOD=0,1 -
Chlorodibromomethane	* >>	>>	Μη ανιχνεύσιμο	LOD=0,1 -
1,2 Dichloroethane	* >>	>>	Μη ανιχνεύσιμο	LOD=0,1 -
Vinyl chloride	* >>	>>	Μη ανιχνεύσιμο	LOD=0,1 -
1,2 Dibromo-3-chloropropane	* >>	>>	Μη ανιχνεύσιμο	LOD=0,1 -
1,2 Dichlorobenzene	* >>	>>	Μη ανιχνεύσιμο	LOD=0,1 -
1,3 Dichlorobenzene	* >>	>>	Μη ανιχνεύσιμο	LOD=0,1 -
1,4 Dichlorobenzene	* >>	>>	Μη ανιχνεύσιμο	LOD=0,1 -
1,1 Dichloroethane	* >>	>>	Μη ανιχνεύσιμο	LOD=0,1 -
1,1 Dichloroethene	* >>	>>	Μη ανιχνεύσιμο	LOD=0,1 -
1,1 Dichloropropene	* >>	>>	Μη ανιχνεύσιμο	LOD=0,1 -
1,1,1 Trichloroethane	* >>	>>	Μη ανιχνεύσιμο	LOD=0,1 -
1,1,1,2 Tetrachloroethane	* >>	>>	Μη ανιχνεύσιμο	LOD=0,1 -
1,1,2 Trichloroethane	* >>	>>	Μη ανιχνεύσιμο	LOD=0,1 -
1,1,2,2 Tetrachloroethane	* >>	>>	Μη ανιχνεύσιμο	LOD=0,1 -
1,2 Dichloropropane	* >>	>>	Μη ανιχνεύσιμο	LOD=0,1 -
1,2,3 Trichloropropane	* >>	>>	Μη ανιχνεύσιμο	LOD=0,1 -
1,3 Dichloropropane	* >>	>>	Μη ανιχνεύσιμο	LOD=0,1 -
2- Chlorotoluene	* >>	>>	Μη ανιχνεύσιμο	LOD=0,1 -
2,2 Dichloropropane	* >>	>>	Μη ανιχνεύσιμο	LOD=0,1 -
4- Chlorotoluene	* >>	>>	Μη ανιχνεύσιμο	LOD=0,1 -
cis-1,2 Dichloroethene	* >>	>>	Μη ανιχνεύσιμο	LOD=0,1 -
cis-1,3 Dichloropropene	* >>	>>	Μη ανιχνεύσιμο	LOD=0,1 -
trans-1,2 Dichloroethene	* >>	>>	Μη ανιχνεύσιμο	LOD=0,1 -
trans-1,3 Dichloropropene	* >>	>>	Μη ανιχνεύσιμο	LOD=0,1 -
Bromochloromethane	* >>	>>	Μη ανιχνεύσιμο	LOD=0,1 -
Tetrachloroethene	* >>	>>	Μη ανιχνεύσιμο	LOD=0,1 -
Chlorobenzene	* >>	>>	Μη ανιχνεύσιμο	LOD=0,1 -

Τα ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν μόνο το δείγμα που εξετάσαμε.

Απαγορεύεται η μερική αναπαραγωγή του παρόντος χωρίς τη γραπτή άδεια της Α. ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ Ε.Ε.

(*Προσδιορισμοί εκτός πεδίου εφαρμογής διαπίστευσης.

Πιστοποιητικό Ανάλυσης Αριθμός: 2116976

Αποτελέσματα ανάλυσης

Ημερομηνία ανάλυσης: 29/6/2021 - 1/7/2021

Τα ακόλουθα αποτελέσματα ισχύουν για το δείγμα που ελήφθη.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ	ΜΕΘΟΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΕΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	ΟΡΙΑ
Chloromethane	* >>	>>	Μη ανιχνεύσιμο	LOD=0,1 -
Trichlorofluoromethane	* >>	>>	Μη ανιχνεύσιμο	LOD=0,1 -
Dichlorodifluoromethane	* >>	>>	Μη ανιχνεύσιμο	LOD=0,1 -
Chloroethane	* >>	>>	Μη ανιχνεύσιμο	LOD=0,1 -
Hexachlorobutadiene	* >>	>>	Μη ανιχνεύσιμο	LOD=0,1 -
1,2,3 Trichlorobenzene	* >>	>>	Μη ανιχνεύσιμο	LOD=0,1 -
1,2,4 Trichlorobenzene	* >>	>>	Μη ανιχνεύσιμο	LOD=0,1 -

LOD:Limit of detection (Όριο ανίχνευσης).

Για την
Α. ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ Ε.Ε.

ΓΚΑΓΚΟΜΟΙΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Τεχνικός Διευθυντής